



Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо
Утас 70492942

**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ**



**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
АЛБАНЫ ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ**

Дугаар № И\04\0423

Олгосон: 2019-07-02

“Агриматко-Монгол” ХХК-ний импортлосон Испани улсын “Industrial veterinaria, S.A” а Livisto” малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн “Promectine 500 ml” эмийн 1000 ширхэг бүхий М-004-р цувралын дээж нь 2019/422 тоот лабораторийн сорилтын дүнгээр гадаад байдал, хувийн жин, зуурамтгай чанар, хольц, ариун чанар, савлалт, ивермектиний илрэл, хэмжээ үзүүлэлтүүд нь АНУ-ын фармакопей болон дагалдах НТТБ-т заасан шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 2019/422 тоот дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын ахлах эксперт



С. Өсөхгэрэл



**“МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ” УТҮГ**

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо,
Сонгино. Харилцах утас: 7049-2942

СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН ДҮН

Дугаар №2019/422

Олгосон 2019-07-02
он.сар.өдөр

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: Баталгаажуулалтын алба
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал: Эксперт Л. Нямсүх

Протоколын дугаар	Бүтээгдэхүүний стандартын дугаар	Дээжийн тодорхойлолт
H-0831-19	АНУ-ын фармакопей Дагалдах норматив техникийн баримт бичиг	Promectine 500 ml M-004-р цуврал

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийн тоо, хэмжээ	Дээж хүлээн авсан огноо	Шинжилсэн огноо
500 мл * 1 ш	2019-06-20	2019-06-20 2019-07-01

Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Үр дүн
Гадаад байдал	Тунгалаг шингэн	Өнгөгүй, тунгалаг, өтгөвтөр шингэн
Хувийн жин, г/мл	1.050-1.120	1.120
Зуурамтгай чанар, ср	25-50	31.16
Хольц	Гадны механик хольцгүй	Гадны механик хольц агуулаагүй
Ариун чанар	Ариун	Ариун
Савлалт, %	100-105	100
Ивермектиний илрэл	Дээж уусмалыг стандарт Ivermectin-ий уусмалтай харьцуулахад ижил хугацаанд илэрнэ.	Илэрсэн
Ивермектиний хэмжээ, %	95.0-105.0	97.38

Энэхүү шинжилгээ нь лабораторийн ISO/IEC17025:2007 стандартын дагуу MNAS итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн ба зөвхөн шинжилгээ хийсэн сорьцод хамаарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.




Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

Улсын шалгагч /химич/: *М. Нэмэхбаяр* Ж. Нэмэхбаяр

Улсын шалгагч: *М. Оюунбадам* М. Оюунбадам

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер: *Д. Цэрэнням* Д. Цэрэнням



Энэхүү шинжилгээ нь лабораторийн ISO/IEC17025:2007 стандартын дагуу MNAS итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн ба зөвхөн шинжилгээ хийсэн сорьцод хамаарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.