



Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо
Утас 70492942

**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ**



PC 02
MNS ISO/IEC 17065:2013

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ

Дугаар № И/02/0179

Олгосон:2018-06-20

“Агриматко Монгол” ХХК -ий импортлосон Испани улсын LIVISTO группын “INVESA Industrial Veterinaria, S.A” малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн “Ainil 100ml” эмийн 100·мл*1000 ширхэг бүхий L-004 -р цувралын дээж нь 2018/342 тоот сорилтын дүнгээр сертификатын үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж байна.

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2018/342 тоот дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын ахлах эксперт



Д. Цэрэнням



МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ



Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо
Утас: 7049-2942

MNAS TL 23
MNS ISO/IEC 17025:2007

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар №2018/342

Олгосон 2018-06-18
он.сар.өдөр

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: Баталгаажуулалтын алба
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал: Ахлах эксперт Д. Цэрэнням

Протоколын дугаар	Бүтээгдэхүүний стандартын дугаар	Дээжийн тодорхойлолт
Ц-0272-18	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив техникийн баримт бичиг	AINIL 100 ml L-004 -р цуврал

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийн тоо, хэмжээ	Дээж хүлээн авсан огноо	Шинжилсэн огноо
100мл*2ш	2018-06-07	2018-06-07 2018-06-18

Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Үр дүн
Гадаад байдал	Өнгөгүй тунгалаг шингэн	Өнгөгүй тунгалаг шингэн
pH	6.30-7.70	6.5
Нягт, г/мл	1.035-1.050	1.041
Савлалтын хэмжээ,%	100.0-105.0	100.0
Хольц	Гадны хольцгүй	Гадны механик хольц агуулаагүй
Ариун чанар	Ариун	Ариун
Ketoprofen-ий илрэл	Дээж уусмалыг стандарт Ketoprofen-ий уусмалтай харьцуулахад ижил шингээлт үзүүлнэ	Илэрсэн
Ketoprofen-ий хэмжээ,	95.0-105.0	98.6

Энэхүү шинжилгээ нь лабораторийн ISO/IEC17025:2007 стандартын дагуу MNAS итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн ба зөвхөн шинжилгээ хийсэн сорьцод хамаарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

