



**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ**



Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо
Утас 70492942

PC 02
MNS ISO/IEC 17065:2013

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
АЛБАНЫ ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ**

Дугаар № И/02/0147

Олгосон:2018-06-06

“Агриматко монгол” ХХК -ий импортлосон Араб улсын “The Arab pesticides & veterinary drugs MFG.Co” малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн “Tectin inj” эмийн 100 мл*2016 ширхэг бүхий 180229 -р цувралын дээж нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2018/276 тоот сорилтын дүнгээр сертификатын үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж байна.

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2018/276 тоот сорилтын дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын ахлах эксперт



Д. Цэрэнням



Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо
Утас: 7049-2942

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ



MNAS TL 23
MNS ISO/IEC 17025:2007

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар №2018/276

Олгосон 2018-06-05
он.сар.өдөр

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: Баталгаажуулалтын алба
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал: Ахлах эксперт Д. Цэрэнням

Протоколын дугаар	Бүтээгдэхүүний стандартын дугаар	Дээжийн тодорхойлолт
Ц-0228-18	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив техникийн баримт бичиг	Tectin inj 100ml 180229-р цуврал

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийн тоо, хэмжээ	Дээж хүлээн авсан огноо	Шинжилсэн огноо
100мл*2ш	2018-05-23	2018-05-23 2018-06-05

Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Үр дүн
Гадаад байдал	Өнгөгүй тунгалаг шингэн	Өнгөгүй тунгалаг өтгөвтөр шингэн
pH	5.0-7.0	5.5
Хувийн жин, г/мл	1.070-1.130	1.095
Хольц	Гадны хольцгүй	Гадны механик хольц агуулаагүй
Ариун чанар	Ариун	Ариун
Ивермектиний илрэл	Дээж уусмалыг стандарт ивермектиний уусмалтай харьцуулахад ижил хугацаанд илэрнэ	Илэрсэн
Ивермектин $H_2V_{1a}/H_2V_{1a}+H_2V_{1b}$ -ийн хэмжээ, %	95.0-105.0	99.6

Энэхүү шинжилгээ нь лабораторийн ISO/IEC17025:2007 стандартын дагуу MNAS итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн ба зөвхөн шинжилгээ хийсэн сорьцод хамаарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

Ивермектин H ₂ V _{1a} +H ₂ V _{1b} -ийн агууламж,%- иас багагүй	90.0	102.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------



Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

Улсын шалгагч: *М. Оюунбадам* М. Оюунбадам

Шалгагч /химич/: *Ж. Нэмэхбаяр* Ж. Нэмэхбаяр

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер: *Л. Нямсүх* Л. Нямсүх